

编号: YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.04.02

试剂批号: 22403271

序号	检验项目	检验结果	判定
1	外观	无色透明液体	合格
2	pH值	7.5	合格
3	电导率	150 μS/cm	合格
4	总硬度	100 mg/L	合格
5	钙离子	50 mg/L	合格
6	镁离子	50 mg/L	合格
7	氯离子	100 mg/L	合格
8	硫酸根离子	50 mg/L	合格
9	钠离子	100 mg/L	合格
10	钾离子	50 mg/L	合格
11	氨氮	0.5 mg/L	合格
12	总氮	1.0 mg/L	合格
13	总磷	0.5 mg/L	合格
14	亚硝酸盐氮	0.1 mg/L	合格
15	硝酸盐氮	0.5 mg/L	合格
16	溶解氧	8.0 mg/L	合格
17	浊度	0.5 NTU	合格
18	总有机碳	10.0 mg/L	合格
19	总有机氮	5.0 mg/L	合格
20	总有机磷	2.0 mg/L	合格



检验员: [Signature]

审核员: [Signature]

批准人: [Signature]