

编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.05.11

试剂批号: 22405071

配套稀释液批号: 22404251

试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH 计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格 (√); 不合格 (×)
		检测1	检测2	检测3	均值	

外观	无色透明液体, 不得有 可见杂质或沉淀。	符合要求				√
----	-------------------------	------	--	--	--	---

pH 值	7.0~8.0	7.2	7.5	7.8	7.5	√
------	---------	-----	-----	-----	-----	---

电导率	≤ 100 μS/cm	85	90	95	90	√
-----	-------------	----	----	----	----	---

清洗效率	≥ 95%	98%	99%	97%	98%	√
------	-------	-----	-----	-----	-----	---

稳定性	≤ 0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	√
-----	-------	-----	-----	-----	-----	---

残留量	≤ 0.1%	0.05%	0.08%	0.06%	0.06%	√
-----	--------	-------	-------	-------	-------	---

包装完整性	无破损	符合				√
-------	-----	----	--	--	--	---

有效期	12 个月	符合				√
-----	-------	----	--	--	--	---

运输条件	常温	符合				√
------	----	----	--	--	--	---

贮存条件	避光	符合				√
------	----	----	--	--	--	---