

### 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 清洗剂类产品技术要求

检验日期: 2014.04.24

制剂批号: 23050721

制剂规格批号: 23050721

制剂规格: II、III

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	厂商
仪器型号	PL-12	FHS-3C
仪器编号	P2HH001C	5004083016120545

检验项目	要求	检验结果				是否符合 合格(√) 不合格(×)
		检测1	检测2	检测3	检测4	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀, 颗粒或絮状物。	符合要求				√
pH值	不低于10.0的	5.091	5.091	5.091	5.091	√
	25±1℃时, 7.00±0.50。	经检测符合3.91℃				
		7.23	7.24	7.23	7.23	
总固含量	≤3.0% (3.0%以下)	1.11	1.11	1.11	1.11	√
挥发性	挥发率大于30%。	32.4%				√
包装	包装是否符合	合格				√



检验人: 李瑞

复核人: 周洁

批准人: 周洁