编号：YNH/AJ-15-42-2014

血细胞分析用稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号 苏宁械备 20140023

检验日期：2024.01.25　　试剂批号：22401241

产品型号：HB-3D　　试剂规格：20L

配套清洗剂批号：22401221　　配套溶血剂批号：22310091

设备信息：

仪器名称	血细胞分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	HB-7021	PHS-3C	DDSJ-303A	[illegible]

pH值	25±1℃时，7.10±0.20	7.17	7.17	7.16	7.17	/	
电导率	25±1℃时，12.5±1.5mS/cm	12.39	12.39	12.38	12.39	/	