编号：YNH/AJ-15-12-2015

血小板分析仪专用质控品出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20192400000

批号/日期：[illegible]

外观检查	为一种足够均匀的类血液物质，不得有凝块。		符合标准	√
净含量	不低于标示值。		符合标准	√
浓度	所有项目测定结果应在质控品浓度范围内。		符合标准	√
			RBC	0.033	√
		低值	MCV	0.924	√
	CV≤5%，PLT 的 CV≤10%。		MPV	1.3%	√
		高值	RBC	1.0%	√
			MCV	1.1%	√
			PLT	2.1%	√
			MPV	1.7%	√
			RBC	[illegible]	[illegible]

[illegible]