

编号: YNH/AJ-15-111-2011

血小板诱聚剂(胶原)出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂(胶原)产品技术要求, 器械注册 20182400892

检验日期: 2018.01.18


规格型号: 20180111

产品名称: 胶原

文件编号: YNH/AJ-15-111-2011

检测项目: 外观、pH、K₂Cr₂O₇

检测项目	要求	结果	判定
外观检查	无可见颗粒等	符合规定	合格
pH值	不低于6.5	6.8	合格
重铬酸钾	在规定的范围内, 且不得有沉淀物	符合规定	合格



检验人: 张

复核人: 张

检测人: 张