编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据：[illegible]　　产品批号：[illegible]　　样本数量：[illegible]

设备信息：

项目	检测标准	检测结果				结论
pH值	25℃时，7.10±0.20	检测温度：25.0℃				√
		7.13	7.12	7.12	7.12	
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	检测温度：25.0℃				√
		17.34	17.33	17.33	17.33	
渗透浓度	310±10mOsm/kg	313	312	313	313	√
结论	检验是否合格	合格				

检验人：[illegible]　　复核人：[illegible]　　批准人：[illegible]