线性测定	7μmol /L； {78-5000}μmol/L 范围内，线性相对偏差不超过± 10%。	浓度 2	1.56%	√
		浓度 3	1.56%	√
		浓度 4	6.80umol/L	√
		浓度 5	6.34umol/L	√