编号：YNH/AJ-15-60-2017

天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准20182401597

检验日期：2026-04-21　　试剂盒批号：2260420

制定商	批号	有效期至	范围	范围（ZSD）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

测定	批内精密度 CV≤5%。	质控品 1	3.57%	准确性
定		质控品 2	0.71%	重复性测定

（50-500U/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。）		
	浓度 4	3.14U/L
	浓度 5	4.42U/L

检验员：　　审核：　　批准：