低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（清除法）出厂检验报告

制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）

精密度测定	mmol/L 时样本，所得结果的变异系数（CV）≤3.0%。	CV2	0.15%	批内精密度
线性范围测定	线性相对偏差不超过 10%。	浓度 1	1.16%	√
		浓度 2	2.99%	√
		浓度 3	4.82%	√
		浓度 4	8.55%	√
		浓度 5	8.18%	√
		浓度 6	9.16%	√
	液，相对偏差应不大于 10%。		0.29%	√
校准品均一性测定	瓶间变异系数不大于 5%。		0.57%	√