编号：YNHAI-15-55-2011

直接胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出厂检验报告

检验日期：2026-04-27　　试剂盒批号：2260405

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DSJK5001

企业参考品	Sinnowa	250901	2027-08	16.5umol/L	
存否重测定		40 型	R2	9.0ml	√
空白吸光度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.100。		0.083	√	
空白吸光度变化率测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，ΔA/min≤0.002。		0.0002	√	空白
分析灵敏度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，ΔA		>1.5×10³	2.78×10³	√
准确度测定	测定企业参考品，相对偏差应不超过±10%			6.26%	/
		浓度 5	4.20umol/l		√
精度测定	量值溯源的正确度应符合(E<)		0.52	√	校准品正确