名称	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	2260429	2027-04-28	1.5mmol/L	
质控品	Sinnowa	2231204N	2026-12-03	1.15mmol/L	

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
灵敏度	在 600nm 处，以纯 TCH 的，测量 1mmol/L 的高值	0.1908	√
测定	测定有证参考物质，相对偏差应不大于±10%。	1	2.10%
		2	0.48%
线性相对偏差不超过 10%。		浓度 3	0.74%
		浓度 4	6.12%
		浓度 5	7.60%
线性测定			√
准确度测定合格。		合格	√

结论：合格

检验者：

批准人：

日期：