编号：YNH/AJ-15-33-2016

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值	R1:41.0ml	R1:41.0ml	R1:41.0ml	R1:41.0ml	
检测温度：__ ℃						
SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12；						
NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05；						
血小板分析仪专用清洗液：25±1℃；						
HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。						
电导值	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10^9/L；	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10^9/L。	—	—	—	—	
HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：HGB		—	—	—	—	

检验员不合格 合格