编号：YNH/AJ-15-67-2017

# 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（清除法）出厂检验报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物参考物质 | 卫生部临床检验中心 | GBW09178c | / | 2.99mmol/L | |
| 质控品 | Randox | 3102CH | 2026-10-28 | 5.37mmol/L | 4.56-6.18mmol/L |

| 检验项目 | 要求 | 结果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 外观检查 | R1和R2均为无色透明液体，无异物及沉淀物 | 符合要求 | √ |
| 线性范围 | r≥0.9950 | 0.9998 | √ |
| 准确度 | 浓度1 | 0.52% | √ |
| 精密度测定 | 浓度3 | 3.80% | √ |
| 校准品定值 | 批内相对偏差不超过10%。 | 6.14% | √ |
| 准确性测定 | 瓶间变异系数不大于5%。 | 6.45% | √ |
| 试剂盒均一性 | 检验是否合格。 | 合格 | 结论 |

复核人：

批准人：

检验人：