编号：YNH/AJ-15-59-2017

乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸底物法）出厂检验报告

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

名称	规格	批号	有效期至	检测结果
质控品	Siemens control 2	22001051	2029-01	265U/L

检测项目	要求	检测结果	判定
外观	液体澄清，无沉淀，无异物，标签清晰	符合	合格
装量	不低于标示值。	R2 9.0ml	合格
空白吸光度	在340nm处，光径1cm时，空白吸光度≤0.500	0.321	合格
灵敏度	吸光度变化△A/min≥1×10⁻⁴	2.265×10⁻³	合格
准确度	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定有证参考	符合	合格
线性	（100~750）U/L范围内，线性相对偏差不超过10%	7.34%	合格