试剂盒描检规格：

型号	规格
160ml(40)	R1：32ml×4 R2：8ml×4 STD：2ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	2260421	2027-04-20	297μmol/L	
质控品	Sinnowa control 2	32J0523Y	2027-05-21	288.68μmol/L	243-343μmol/L

	要求	结果	判定	备
准确度测定	使用内附校准品校准生化分析仪和试剂后，测定有	1.51%	√	准
精密度测定	重复性 CV≤4.0%。	0.71%	√	精
线性测定	浓度 2	0.34%	√	线性