编号：YNH/AJ-15-44-2017

总胆固醇检测试剂盒（氧化酶法）出厂检验报告

紫外可见分光光度计型号：_____ 紫外可见分光光度计编号：_____

试剂盒抽检规格：

型号	规格

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	22606U1	2022-05-3	5.17mmol/L	
质控品	上生所临检中心	GDW09172	/	4.33mmol/L	
质控品	Sinnowa control 2	22601105U	2029-01	3.95mmol/l	3.55-4.35mmol/l

	空白时，吸光度变化△Amin/L≥0.02。				
重复性测定	批内精密度	CV≤4.0%	3.35%	√	
重复性测定	瓶间变异系数不超过 5%。		0.27%	/	校准品均一
	检验是否合格。		合格		结论