外观检查	R1 为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物； R2 为乳白色液体，无悬浮物及沉淀物		符合要求	√	
装量测定	单板手动加液。	40ml	R2	8.0ml	√
光度测定	在 570nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.800。		0.4256	√	空白吸

过±10%。	度	3	2.99%	准确度测定
	高	1	0.62%	
	浓	2	0.46%	√
	度	3	0.84%	
CV≤10%			1.48%	重复性测定
		2	1.50%	

	浓度 1	2.73%	
在[0.5-8.0]mg/dl 范围内，线性相关系数 r≥0.990	浓度 2	4.46%	√ 线性测定