编号：YNH/AJ-15-48-2017

丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（酶偶联速率法）出厂检验报告

生化仪机型：DS-401

有证参考物质	北京市医疗器械检验所	GBW(E)090593	/	89U/L
质控品水平 1	Randox Assayed Human Sera Level 2	1795UN	2028-01	37U/L
	Randox Assayed Human Sera Level 3	1309UE	2026-10	137U/L

检验项目	要求	结果	判定
灵敏度	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1U/L 的 ALT 时，	0.0015	√
测定	参考物质，相对偏差≤±15%	3.37%	√