编号：YNH/AJ-15-57-2017

尿素检测试剂盒(酶偶联监测法)出厂检验报告

外观检查	R1与R2均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。		符合要求	√
装量测定	不低于标示值。	40	R1	33.0ml	√
			R2	9.0ml	√
			STD	2.2ml	√
空白吸光度测定	空白吸光度A≥1.000。		0.320	√
准确度测定	相对偏差≤±15%。		0.33%	√
线性	在试剂测量范围内，线性相关系数r应不小于0.9900。		0.9996	√
重复性	瓶内，CV≤5%	浓度1	0.30%	√
		浓度2	0.10%	√