编号：YNH/AJ-15-61-2017

载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫比浊法）出厂检验报告

型号	规格

质控品	Randox hum asy control 2	1695UN	2028-03	1.02g/L	0.836-1.20g/L
质控品	Randox hum asy control 3	1309UE	2026-10	1.07g/L	0.88-1.26g/L

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	R1和R2均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求	√
		2.08%	
批内精密度CV≤3%。		1.98%	√
外观检查	冻干粉,复溶后为淡黄色液体	符合要求	