编号：YNH/AL-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

仪器型号	PL-16	PHS-3C	BDSJ-202A	FM425	

		检验结果	结果判定
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	检测温度：25.0℃ 17.32　17.32　17.33　17.33	√
空白值	PLT≤2.5×10⁵/L	0　0　0	√