编号：YNHJAJ-15-109-2018

检验日期：2026-06-18　　试剂盒批号：2260617

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

160ml（40）　　R1：32ml*4，R2：8ml*4

	制造商	批号	有效期至	靶值(mg/L)	范围(mg/L)
质控品	RandoxLD control 2	53068GH	2026/07	5.36	3.94-6.51

	40mg/L；>200mg/L 时，最大相对偏差应不大于 20%	>200mg/L 时，最大相对偏差	-1.5%	
重复性测定	CV≤4%；	2.01%	√	重
线性测定	R≥0.990；	/	√	批间
	浓度 1	1.51%		