编号：YNHJAJC-JS-JS-2024

样本预处理记录检验报告

[redacted]

设备信息：

仪器名称	显示屏气相仪	pH计	电导率仪	水质参数仪
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-308A	FM-8P

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格（√）； 不合格（×）
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示量	20.05L	20.05L	20.05L	20.05L	√
检测温度：25.0℃						
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	17.33	17.32	17.33	17.33	√
渗透浓度	310±10mOsm/kg	317	316	316	316	√