编号：YNH/AJ-08-34-2017 血小板功能检测样品杯检验记录
批号外观尺寸实测结果结论
DM20260502 外观完好无破
损，无划痕，无
毛刺；瓶塞完好
无遗漏
高48±0.1mm 合格☑ 不合格□ 合格☑ 不合格□
杯口外径 Φ12.1±0.05mm 合格☑ 不合格□ 合格☑ 不合格□
总数： 10000 每批次抽检比例为了10%（抽检数量1000）
备注：不合格品比例应≤1%，否则退回厂家
检验员： 王群检验漏
（
% 2刺02
1刺
2不
合
刺
：
比厂论
 