范围测定	[0-20]μmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过±3μmol/L；(20-180]μmol/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。	浓度 1	3.35%	√	线性
		浓度 2	4.71%	√	
		浓度 3	7.60%	√	
		浓度 4	2.87μmol/L	√	
特异性	无已知明显干扰。	符合要求	√		校准品净
含量	不低于标示值。	2ml	√		校准品净