SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12；　　检测温度：25.0℃

NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05；

pH 值	血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50； HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	7.12	7.13	7.13	7.13	√
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10⁹/L	0	0	0	0	
	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10¹²/L					
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10⁹/L					

结论：通道是否合格。　　合格

校验：　　复核：　　审核：