编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏镇械备 20240098

检验日期：2026.07.22　　试剂批号：22607202

产品型号：PLP-01　　配套清洗液批号：22605281

仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	P2JN010C	000408N0016120545	0107080500397	0614

检验项目	要求	检验结果				合格（√）；不合格（×）
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
电导率	25℃时，17.30～18.30mS/cm	17.33	17.32	17.33	17.33	
pH	8.0～9.0	8.5	8.5	8.4	8.5	