型号	规格				
有证参考物质	北京市医疗器械检验所	GBW(E)090593	/	89 U/L	
质控品水平 1	Randox Assayed Human Sera Level 2	16951U	2023-02	288 U/L	30-46U/L

吸光度变化率测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，ΔA/min≤0.004。	0.0003	√	空
	吸光度变化 ΔA_{1cm}/min≥2×10⁻⁴。	4.61×10^{-4}	√	
确度测定	参考物质，相对偏差≤＋15%。	2.62%	√	准
	R＜10%。			
	在试剂测量范围内，线性相关系数 r 应不小于 0.9900。	0.9999	√	