编号：YNH/AJ-15-15-2024

血细胞分析用溶血剂出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏锡械备20240097

检验日期：2026.07.23　　批号：22607221

产品型号：HB-3D　　试剂规格：500ml

配套清洗液批号：22606151　　配套稀释液批号：22604092

仪器信息：

仪器名称	血细胞分析仪	PH计	分光光度计
仪器型号	HB-5001	PHS-3C	

					WBC	7.55×10^9个/L

		检测1	检测2	检测3	均值	相对偏差	
	溶清液体，不得有沉淀、颗粒或絮						
外	溶血后血红蛋白氰化物吸收峰波长						吸收
	WBC≤0.3×10^9个	0	0	0	0	0.0	√
	HGB≤2g/L。	0	0	0	0	0	√
	HGB含量的相对偏差≤±3.5%。	100	101	101	101	3.78%	√