编号：YNH/AJ-15-27-2011

试剂外观	淡黄或黄色粉末，加水复溶后为淡黄色半透明液体，无悬浮物和沉淀物。	符合要求	√
净含量	不低于标示值。	符合要求	√

GLU	6.35	2.28%	2.00%	√
K	3.50	1.36%	0.20%	√
UA	314.0	0.34%	1.66%	√
Urea	7.45	2.50%	0.87%	√
CHO	3.52	3.58%	2.61%	√
TBA	39.8	0.78%	0.42%	√
TB-O	31.1	0.81%	0.61%	√

复核人：

批准人：