样本稀释液出厂检验报告

产品型号：PLR-6H　　检验样品批号：22605281

试剂规格：1L、20L

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH计	电导仪	渗透压仪
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P

检测温度：20℃

检测项目	检测标准	检测结果				结论
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	17.33	17.32	17.33	17.33	√
渗透浓度	310±10mOsm/kg	313	313	314	313	√
空白值	PLT≤2.5×10⁵/L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格	合格				