生化仪软件：Sinnowa 高速全自动生化分析仪　　软件版本号：V5.0.1.20240712

有证参考物质	卫生部临检中心	GBW09193	/	0.77g/L		
样本量测定	不低于标示值	40	R1	32.0ml	√	
			R2	10.0ml	√	
吸光度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.200。		0.1125		√	合
批灵敏度	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1g/L 的载脂蛋白 B 时，$\triangle A_{g/L} \geq 0.15$		0.7890		√	合
精度测定	测定有证参考物质，相对偏差应不大于 10%。	2	1.50%			在
	在线性测量范围内，相关系数应不小于 0.9900。		0.9999		√	