编号：YNHJAJ-15-02-2015

40 型	R1：32ml×4 R2：8ml×4				
样本	Sinnowa	2260424	2027-04-23	100umol/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	360050		82.3umol/L	
国家标准品	中国食品药品检定研究院	360050		308.8umol/L	
	及沉淀物。				
量测定	不低于标示值	40 型	R1	33.0ml	√
度测定	在 546nm 处，光径 1cm 时，测量 1μmol/L 的肌酐时，			2.64×10^{-2}	√
		水平 1	1.21%	0.48%	0.73%
		水平 2	0.65%	0.00%	0.23%
测定	重复性	CV≤5%。		1.24%	√
	批间差	R≤10%。			
	在试剂测量范围内，线性相关系数 r 应不小于 0.9900。			0.9998	√
	10%。				
组别是否合批。					