检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20182401468

空白吸光度测定	在 37℃、340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.50。	0.1952	√		
	批间差 R≤10%。	3%	√		
	(101-1000]U/L 范围内，线性相对偏差不超过±10%。	浓度 3	8.08%	√	
		浓度 4	0.86U/L		