编号：XBHJAL-15-12-2024

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	合格（√） 不合格（×）
外观	澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示量	20.20L	20.20L	20.20L	20.20L	√
pH 值	25℃时，7.10～7.80	检测温度：25.0℃				
		7.13	7.14	7.14	7.14	
水导率		检测温度：25.0℃				
渗透浓度	310±10mOsm/kg	315				√
生合值	PEF≤2.5×10⁶/L	0				√