编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏镇械备 20240098

检验日期：2026.10.14　　试剂批号：22610121

产品型号：PLR-01　　配套清洗液批号：22609221

试剂规格：1L、20L

设备信息：

外观	溶液应为无色、不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求	√
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	检测温度：25.0℃ 17.33　17.32　17.30　17.33	√
渗透浓度	210±10mOsm/kg	291	√