编号：YNH/AJ-15-58-2011

总胆红素测定试剂盒（钒酸盐法）出厂检验报告

检验日期：2026-10-28　　试剂盒批号：2261027

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

生化仪软件：Sinnowa 高速全自动生化分析仪　　软件版本号：V5.0.1.20240712

发光可见分光光度计型号：L5　　发光可见分光光度计编号：07701502021505006

线性范围测定	[0-100]μmol/L 范围内，线性绝对偏差不超过	浓度 1	1.79%	√
		浓度 2	1.22%	√